

Ogłoszenie nr 2022-12771-137571

Zapytanie ofertowe nr 2022/12/05/1 - wynajem długoterminowy specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej do badania włókien specjalnych w wysokiej temperaturze w sposób rozłożony

Lista opublikowanych pytań i odpowiedzi

Liczba wyników: 1

Pytanie numer 1, data wysłania 2022-12-13 14:09:39

Posiadamy w swoich zasobach urządzenie o następujących parametrach:

- Monitorowanie długości do 1 km
- 2 kanały
- Światło wielomodowe 50/125
- Zakres pomiarowy 0..+900 C
- Rozdzielczość przestrzenna 1 m
- Dokładność temperaturowa +/- 1 C
- Czas detekcji - od 50 sek.

Prosimy o potwierdzenie czy urządzenie o powyższych parametrach będzie odpowiednie do realizacji Państwa projektu? Jednocześnie prosimy o informacje, czy są jeszcze jakieś dodatkowe parametry techniczne, które mogą zdyskwalifikować posiadane przez nas urządzenie?

Udzielono odpowiedzi

Potwierdzamy, że wymienione parametry są zgodne z funkcjonalnościami wskazanymi w zapytaniu ofertowym. Wszystkie niezbędne funkcjonalności zostały wymienione w zapytaniu ofertowym.
